

Pytania i wyjaśnienia

W związku z postępowaniem dotyczącym zamówienia na zakup koncentratorów tlenu nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Światlikowo w Tychach przy ul. Jaroszowskiej 113, informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści Koncentrator tlenu o poborze mocy 312 W ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie dopuści koncentratora tlenu o większym poborze mocy niż 300W. Istotną kwestią dla Zamawiającego jest to, aby koncentrator był jak najoszczędniejszy. Sprzęt jest wydawany Pacjentom, którzy używają sprzętu w zaciszu domowym i pobór mocy jest istotną kwestią aby był jak najtańszy w eksploatacji.